



Valacta

Le centre d'expertise en production laitière

Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3020 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls Lot: MAC-07-2019

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,06	3,39	9,14
MAC-2	0,98	3,30	9,90
MAC-3	1,95	3,28	10,83
MAC-4	3,21	3,24	12,03
MAC-5	11,73	2,91	19,61
MAC-6	17,09	2,70	24,70
MAC-7	34,28	2,02	40,05

Utiliser avant/Use before: 2019-08-13

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,07	3,50	9,45
MAC-2	1,01	3,42	10,25
MAC-3	2,02	3,39	11,20
MAC-4	3,32	3,35	12,43
MAC-5	11,95	2,96	19,97
MAC-6	17,40	2,75	25,16
MAC-7	34,91	2,05	40,79

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. SC., Chimiste/Chemist

Date: 2019-07-05